

Labogids Halle

---

De waarden voor leptine in serum gemeten met de nieuwe assay liggen ongeveer 20% lager t.o.v. de oude methode.

Deze analyse wordt uitgevoerd in het UZ Brussel.

Referentiewaarden:

man: 2.2 - 11.1 µg/L

vrouw: 3.8 - 77.6 µg/L

---

<https://labogids.sintmaria.be/nl/nieuws/leptine-serum-gewijzigde-immunoassay?auth=1>