

## Beta-Crosslaps

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	EDTA (paars)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	EDTA-plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	Plasma afscheiden en bewaren bij < -15°C tot verzending; ingevroren verzenden
<b>Bewaring:</b>	Koelkast
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	1 dag
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	8 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 maanden

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

#### Referenties:

GESLACHT	LEEFTIJD	CONDITIE	WAARDE (µg/L)	OPMERKINGEN
Man	vanaf geboorte tot en met 29 jaar		0.24 tot 1.02	
Man	vanaf 30 jaar tot en met 39 jaar		0.23 tot 0.94	
Man	vanaf 40 jaar tot en met 49 jaar		0.18 tot 0.80	
Man	vanaf 50 jaar tot en met 59 jaar		0.16 tot 0.74	
Man	vanaf 60 jaar tot en met 69 jaar		0.13 tot 0.75	
Man	vanaf 70 jaar		0.12 tot 0.78	
Vrouw	vanaf geboorte tot en met 29 jaar		0.15 tot 0.97	
Vrouw	vanaf 30 jaar tot en met 39 jaar		0.15 tot 0.64	
Vrouw	vanaf 40 jaar tot en met 49 jaar		0.13 tot 0.67	
Vrouw	vanaf 50 jaar tot en met 59 jaar		0.18 tot 1.06	
Vrouw	vanaf 60 jaar tot en met 69 jaar		0.17 tot 0.97	
Vrouw	vanaf 70 jaar		0.15 tot 0.86	🔍

**Extra info:**

- bij behandeling met bisfosfonaten worden wijzigingen in Beta-crosslaps waargenomen na 3-6 maanden of zelfs vroeger; op basis van biologische variatie een daling van Beta-crosslaps van  $\geq 27\%$  na 3 maanden therapie beschouwd als klinisch significant en aanzien als goede respons op de anti-osteoporotische therapie
- geen interferentie van inname van hoge dosissen biotine (tot 300 mg/dag)

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	UZ Brussel
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Dr Ilse Weets
<b>Uitvoersfrequenties:</b>	Ma - Vr
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	4 dagen
<b>Toestel:</b>	Cobas 8000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

#### ▼ Tarief ambulant

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	542754
<b>B-waarde:</b>	400
<b>Prijs:</b>	3.18

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	542765
<b>B-waarde:</b>	400
<b>Prijs:</b>	3.18

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	Beta.Cross.