

Procalcitonine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	2 dagen
Stabiliteit (-20°C):	13 maanden
Bijsluiter:	pct_2024-11_v2.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Referentiewaarde: < 0.25 ng/mL

- diagnose van sepsis
 - hoge negatief predictieve waarde van de cut-off <0.25 ng/mL
 - grijze zone >0.25 ng/mL-2 ng/mL
 - hoge positief predictieve waarde van de cut-off >2 ng/mL
- evaluatie (opstarten/stoppen) van een antibiotische (AB) therapie
 - steeds in functie van de kliniek
 - opstart AB: > 2 ng/mL
 - stop AB: PCT <0.25 ng/mL of PCT daling >80%

Eenheden: ng/mL
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche/Brahms

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no

▼ Analysegegevens

Minimum volume test: 2 mL
Labo verkort nummer: Pro-CT