

## Quantiferontest in bloed

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Specifieke bloedcollectieset (4 aparte tubes)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Deze bloedcollectoren zijn te verkrijgen via het klin. labo
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	4 x 1 mL
<b>Afname condities:</b>	Afnametubes goed opmengen na afname
<b>Bewaring:</b>	16 à 24 u incuberen op 37°C alvorens te verzernden
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">quantiferon_aanvraagformulier.pdf</a>

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	Hôpital Erasme (Labo Immunologie)
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Prof. Dr. Mascart
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	10 werkdagen
<b>Toestel:</b>	
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Apart aanvraagformulier (zie PDF document)

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	4 x 1 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	QFT-TB.con