

COVID 19 antilichamen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	Li - heparine (groen)
Staal type:	Serum of plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	14 dagen
Stabiliteit (4°C):	14 dagen
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden
Bijsluiter:	anti-sars-cov-2_s_2022-03_v3.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Result	Interpretation
< 0.80 U/mL	Negative for anti-SARS-CoV-2-S
≥ 0.80 U/mL	Positive for anti-SARS-CoV-2-S

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Analysegegevens

Doorbelaarde ondergrens:	
Doorbelaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	COVID19.as