

## COVID 19 antilichamen

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Afname recipient alternatief:</b>	Li - heparine (groen)
<b>Staal type:</b>	Serum of plasma
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	14 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	14 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">anti-sars-cov-2_s_2022-03_v3.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

#### Referentiewaarden:

Result	Interpretation
< 0.80 U/mL	Negative for anti-SARS-CoV-2-S
≥ 0.80 U/mL	Positive for anti-SARS-CoV-2-S

### ▼ Interpretatie

#### Klinische interpretatie:

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbewaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbewaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	COVID19.as