

Sinds 14/09/2022 rapporteert het klinisch laboratorium aangepaste referentiewaarden voor de eiwitelektroforese (conform de bijsluiters van de firma Sebia). De methode/techniek werd niet aangepast, er is dus geen verandering ter hoogte van de resultaten.

We rapporteren, naast de eiwitfracties in %, ook de absolute dosage van deze fracties in g/L. Wanneer een monoklonaliteit wordt gedetecteerd, zal deze gerapporteerd worden in %, g/dL en g/L.

Kleine monoklonale pieken zijn niet betrouwbaar te doseren. Daarom worden deze gerapporteerd als <1 g/L.