

Homocysteïne

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	EDTA (paars)
Staal type:	Plasma
Minimale hoeveelheid:	3 mL
Afname condities:	Onmiddellijk na afname op ijs naar laboratorium brengen
Transport condities:	Op ijs
Stabiliteit (KT):	4 dagen indien onmiddellijk gecentrifugeerd na afname
Stabiliteit (4°C):	4 weken indien onmiddellijk gecentrifugeerd na afname
Stabiliteit (-20°C):	10 maanden indien onmiddellijk gecentrifugeerd na afname
Bijsluiter:	hcys_2024-07_v8.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	0.0 - 12.0 µmol/L
Eenheden:	µmol/L

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	13965-9
--------------------	---------

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	542253
B-waarde:	1000
Prijs:	7.96

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	542264
B-waarde:	1000
Prijs:	7.96

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	3 mL
Labo aanvraagnummer:	1380
Labo verkort nummer:	HOMC
Medidoc code:	63063T.B