

## Densiteit in urine

### ▼ Afname condities

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Afname recipient voorkeur:</b>    | Urinetube        |
| <b>Afname recipient alternatief:</b> |                  |
| <b>Staal type:</b>                   | Urine            |
| <b>Minimale hoeveelheid:</b>         | 10 mL            |
| <b>Afname condities:</b>             |                  |
| <b>Bewaring:</b>                     | Koelkast         |
| <b>Transport condities:</b>          | Kamertemperatuur |
| <b>Stabiliteit (KT):</b>             |                  |
| <b>Stabiliteit (4°C):</b>            | 1 dag            |
| <b>Stabiliteit (-20°C):</b>          |                  |

### ▼ Referentiewaarden

**Eenheden:**  
**Bron referentiewaarde:**

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Uitvoerend labo:</b>                     | AZ Sint-Maria Halle    |
| <b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b> | Apr. Biol. A Schallier |
| <b>Uitvoerfrequenties:</b>                  | Doorlopend             |
| <b>Maximum antwoordtijd:</b>                | 3 uur                  |
| <b>Toestel:</b>                             | Aution Max AX-4030     |
| <b>Test onder accreditatie:</b>             | no                     |
| <b>Type aanvraagformulier:</b>              | urineonderzoek         |

### ▼ Analysegegevens

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Doorbelwaarde ondergrens:</b> |          |
| <b>Doorbelwaarde bovengrens:</b> |          |
| <b>Minimum volume test:</b>      | 10 mL    |
| <b>Interferentie:</b>            |          |
| <b>Labo aanvraagnummer:</b>      | 7860     |
| <b>Labo verkort nummer:</b>      | DENS.URI |
| <b>Medidoc code:</b>             | 13900A.U |