

Creatinine in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	2 dagen
Stabiliteit (4°C):	6 dagen
Stabiliteit (-20°C):	6 maanden
Bijsluiter:	crej2_2023-10_v5.pdf

▼ Referentiewaarden

Eenheden:	mg/dL
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2161-8

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	543255
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	543266
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	10 mL
Labo aanvraagnummer:	krea.u.vub
Labo verkort nummer:	KREA.URI
Medidoc code:	57383A.U