

Bicarbonaat

▼ Afname condities

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Afname recipient voorkeur: | Li - heparine (groen) |
| Afname recipient alternatief: | Serumtube (rood) |
| Staal type: | Plasma of serum |
| Minimale hoeveelheid: | 2 mL |
| Afname condities: | |
| Bewaring: | Kamertemperatuur |
| Transport condities: | Kamertemperatuur |
| Stabiliteit (KT): | 40 uren |
| Stabiliteit (4°C): | 7 dagen |
| Stabiliteit (-20°C): | |
| Bijsluiter: | co2-l_2022-09_v5.pdf |

▼ Referentiewaarden

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Referentiewaarde: | 22.0 - 29.0 mmol/L |
| Eenheden: | mmol/L |
| Bron referentiewaarde: | Bijsluiter Roche |

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

| | |
|---|----------------------------|
| Uitvoerend labo: | AZ Sint-Maria Halle |
| Verantwoordelijke klinische bioloog: | Apr. Biol. A Schallier |
| Uitvoerfrequenties: | Doorlopend |
| Maximum antwoordtijd: | 3 uur |
| Toestel: | Cobas Pro |
| Test onder accreditatie: | no |
| Type aanvraagformulier: | Algemeen aanvraagformulier |

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 1963-8

▼ Tarief ambulant

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 540492 |
| B-waarde: | 60 |
| Prijs: | 0.48 |

▼ Tarief vrijblijvend

| | |
|----------------------------------|--------|
| RIZIV nomenclatuurnummer: | 540503 |
| B-waarde: | 60 |
| Prijs: | 0.48 |

▼ Analysegegevens

| | |
|----------------------------------|------|
| Doorbelwaarde ondergrens: | |
| Doorbelwaarde bovengrens: | |
| Minimum volume test: | 2 mL |
| Interferentie: | |
| Labo aanvraagnummer: | 1530 |
| Labo verkort nummer: | BIC |

Medidoc code:

57159A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/bicarbonaat?auth=1>