

## NSE

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Serumtube (rood)
<b>Staal type:</b>	Serum
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	2 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur en binnen 1 uur na afname centrifugeren
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	2 dagen
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	5 dagen
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	3 maanden
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">nse_2023-10_v6.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	0 - 16.3 µg/L
<b>Eenheden:</b>	µg/L
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 15060-7

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	548450
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	548461
<b>B-waarde:</b>	800
<b>Prijs:</b>	6.37

### ▼ Analysegegevens

<b>Verdunning:</b>	1/2 met "diluent NSE"
<b>Meetbereik:</b>	0.05 - 370 µg/L
<b>Minimum volume test:</b>	2 mL
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	2025
<b>Labo verkort nummer:</b>	NSE
<b>Medidoc code:</b>	44395A.B