

TSH receptor as

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	8 uur
Stabiliteit (4°C):	2 weken
Stabiliteit (-20°C):	
Bijsluiter:	bijsluiter_anti-tsh-r_versie_2016-06.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

0.0 - 2.9: negatief

2.9 - 3.3: grenszone

> 3.3: positief

Eenheden: IU/L

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	2 dagen
Toestel:	Immunocap 250
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	433171
B-waarde:	900
Prijs:	7.17

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	433182
B-waarde:	900
Prijs:	7.17

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:
Doorbelwaarde bovengrens:

Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	2160
Labo verkort nummer:	TSHR.as
Medidoc code:	44397A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/tsh-receptor?auth=1>