

HIV I en II antilichamen en HIV I antigeen

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	4 weken
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden
Bijsluiter:	▫ hiv_duo_2023-09_v3.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Negatief: < 0.90

Grenzzone: ≥ 0.90 tot < 1.00

Positief: ≥ 1.00

Eenheden: ratio
Bron referentiewaarde: Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 dag
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 31201-7

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer: 551736
B-waarde: 250
Prijs: 1.99

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer: 551740
B-waarde: 250
Prijs: 1.99

▼ Analysegegevens

Minimum volume test: 2 ml
Labo aanvraagnummer: 4530
Labo verkort nummer: HIV.as.ag.kwt
Medidoc code: 58503M.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/431?auth=1>