

## Chloor in 24-uur urine

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Debietpot voor 24 uur urinecollectie
<b>Afname recipient alternatief:</b>	
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 ml
<b>Afname condities:</b>	
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	
<b>Stabiliteit (4°C):</b>	
<b>Stabiliteit (-20°C):</b>	
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">ise_indirect_na-k-cl_2019-05_v11.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

<b>Eenheden:</b>	mmol/24u
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr Klin Biol A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Geen analysetoestel toegekend
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	24 uur urine

### ▼ Tarificatiegegevens

<b>Loinc code:</b>	2079-2
--------------------	--------

### ▼ Analysegegevens

<b>Doorbelwaarde ondergrens:</b>	
<b>Doorbelwaarde bovengrens:</b>	
<b>Minimum volume test:</b>	10 ml
<b>Interferentie:</b>	
<b>Labo verkort nummer:</b>	CL.24u
<b>Medidoc code:</b>	57379B.U