

## Chloor in 24-uur urine

### ▼ Afname condities

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Afname recipient voorkeur:</b>    | Debietpot voor 24 uur urinecollectie                 |
| <b>Afname recipient alternatief:</b> |  |
| <b>Staal type:</b>                   | Urine  |
| <b>Minimale hoeveelheid:</b>         | 10 ml  |
| <b>Afname condities:</b>             |  |
| <b>Bewaring:</b>                     | Kamertemperatuur                                     |
| <b>Transport condities:</b>          | Kamertemperatuur                                     |
| <b>Stabiliteit (KT):</b>             |  |
| <b>Stabiliteit (4°C):</b>            |  |
| <b>Stabiliteit (-20°C):</b>          |  |
| <b>Bijsluiter:</b>                   | <a href="#">ise_indirect_na-k-cl_2019-05_v11.pdf</a> |

### ▼ Referentiewaarden

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Eenheden:</b>              | mmol/24u         |
| <b>Bron referentiewaarde:</b> | Bijsluiter Roche |

### ▼ Interpretatie

**Klinische interpretatie:**

### ▼ Uitvoeringsinformatie

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>Uitvoerend labo:</b>                     | AZ Sint Maria Halle           |
| <b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b> | Apr Klin Biol A Schallier     |
| <b>Uitvoerfrequenties:</b>                  | Doorlopend                    |
| <b>Maximum antwoordtijd:</b>                | 3 uur                         |
| <b>Toestel:</b>                             | Geen analysetoestel toegekend |
| <b>Test onder accreditatie:</b>             | no                            |
| <b>Type aanvraagformulier:</b>              | 24 uur urine                  |

### ▼ Tarificatiegegevens

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Loinc code:</b> | 2079-2 |
|--------------------|--------|

### ▼ Analysegegevens

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Doorbelwaarde ondergrens:</b> |          |
| <b>Doorbelwaarde bovengrens:</b> |          |
| <b>Minimum volume test:</b>      | 10 ml    |
| <b>Interferentie:</b>            |          |
| <b>Labo verkort nummer:</b>      | CL.24u   |
| <b>Medidoc code:</b>             | 57379B.U |