

Creatinine in 24 uur urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Debietpot voor 24 uur urinecollectie
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	3 dagen
Stabiliteit (4°C):	8 dagen
Stabiliteit (-20°C):	3 weken
Bijsluiter:	crej2_2024-12_v7.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Eenheden:	mg/24u
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code:	2162-6
--------------------	--------

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	10 mL
Labo verkort nummer:	KREA.24u
Medidoc code:	57383B.U