

Chloor

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 ml
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	2 weken
Stabiliteit (-20°C):	1 jaar
Bijsluiter:	ise_indirect_na_k_cl_2022-12_v9.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

0 - 5 dagen	97 - 122
5 dagen - 1 maand	95 - 116
1 maand - 1 jaar	93 - 112
1 - 18 jaar	96 - 111
18 - 65 jaar	97 - 109
65 - 110 jaar	94 - 110

Eenheden:	mmol/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2075-0

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	540256
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	540260
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 ml
Labo aanvraagnummer:	1515
Labo verkort nummer:	CL
Medidoc code:	57129A.B

<https://labogids.sintmaria.be/nl/node/568?auth=1>