

Micropolyspora faeni (Gm22)

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	
Stabiliteit (-20°C):	

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	< 7 mg/L
Eenheden:	mg/L

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Leuven
Verantwoordelijke klinische bioloog:	
Uitvoersfrequenties:	1 x per week
Maximum antwoordtijd:	10 dagen
Toestel:	Immunocap 250
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	UZ Leuven speciale tests

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief vrijblijvend

B-waarde:	700
Prijs:	22.29

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	2 mL
Interferentie:	
Labo aanvraagnummer:	Gm22
Labo verkort nummer:	IgG.Gm22