

Zwangerschapstest in urine

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Afname recipient alternatief:	
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	
Stabiliteit (4°C):	2 dagen
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden

▼ Referentiewaarden

Eenheden:
Bron referentiewaarde:

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoersfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	125915
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	125926
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:	
Doorbelwaarde bovengrens:	
Minimum volume test:	10 mL
Interferentie:	
Labo verkort nummer:	HCG.URI
Medidoc code:	58751A.U

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/zwangerschapstest-urine?auth=1>