

Gamma GT

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Li - heparine (groen)
Afname recipient alternatief:	Serumtube (rood)
Staal type:	Plasma of serum
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	7 dagen
Stabiliteit (4°C):	7 dagen
Stabiliteit (-20°C):	
1 jaar	
Bijsluiter:	ggt-2_2022-02_v4.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

Man 10 - 71 U/L

Vrouw 6 - 42 U/L

Eenheden:	U/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	AZ Sint-Maria Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2324-2

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	541892
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	541903
B-waarde:	80
Prijs:	0.64

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	2 mL
Labo aanvraagnummer:	1625
Labo verkort nummer:	GGT
Medidoc code:	57277A.B

