

Chloor in urinestaal

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Urinetube
Staal type:	Urine
Minimale hoeveelheid:	10 ml
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	1 dag
Stabiliteit (4°C):	1 dag
Bijsluiter:	ise_indirect_na_k_cl_2022-12_v9.pdf

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarde:	46 - 168 mmol/L
Eenheden:	mmol/L
Bron referentiewaarde:	Bijsluiter Roche

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	Algemeen Ziekenhuis Halle
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Apr. Biol. A Schallier
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	3 uur
Toestel:	Cobas 6000
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

Loinc code: 2078-4

▼ Tarief ambuland

RIZIV nomenclatuurnummer:	543211
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	543222
B-waarde:	60
Prijs:	0.48

▼ Analysegegevens

Minimum volume test:	10 ml
Labo aanvraagnummer:	6090
Labo verkort nummer:	CL.URI
Medidoc code:	57379A.U