

Toxoplasma IgM confirmatie

▼ Afname condities

Afname recipient voorkeur:	Serumtube (rood)
Afname recipient alternatief:	Li - heparine (groen)
Staal type:	Serum of plasma
Minimale hoeveelheid:	2 mL
Afname condities:	
Bewaring:	Kamertemperatuur
Transport condities:	Kamertemperatuur
Stabiliteit (KT):	3 dagen
Stabiliteit (4°C):	3 weken
Stabiliteit (-20°C):	3 maanden

▼ Referentiewaarden

Referentiewaarden:

≤ 0.8	negatief
> 0.8 - < 1.2	grenszone
≤ 1.2	positief

Eenheden:	index
Bron referentiewaarde:	Bijsluiser International Medical

▼ Interpretatie

Klinische interpretatie:

▼ Uitvoeringsinformatie

Uitvoerend labo:	UZ Brussel
Verantwoordelijke klinische bioloog:	Dr Ilse Weets
Uitvoerfrequenties:	Doorlopend
Maximum antwoordtijd:	1 week
Toestel:	
Test onder accreditatie:	no
Type aanvraagformulier:	Algemeen aanvraagformulier

▼ Tarificatiegegevens

▼ Tarief ambulante

RIZIV nomenclatuurnummer:	551773
B-waarde:	300
Prijs:	2.47

▼ Tarief vrijblijvend

RIZIV nomenclatuurnummer:	551784
B-waarde:	300
Prijs:	2.41

▼ Analysegegevens

Doorbelwaarde ondergrens:

Doorbelwaarde bovengrens:

Minimum volume test: 2 mL

Interferentie:

Labo verkort nummer: TXP.IgM.kwt.conf

<https://labogids.sintmaria.be/nl/analyse/toxoplasma-igm-confirmatie?auth=1>