

## Urinezuur in random urine

### ▼ Afname condities

<b>Afname recipient voorkeur:</b>	Urinetube
<b>Staal type:</b>	Urine
<b>Minimale hoeveelheid:</b>	10 mL
<b>Bewaring:</b>	Kamertemperatuur
<b>Transport condities:</b>	Kamertemperatuur
<b>Stabiliteit (KT):</b>	4 dagen
<b>Bijsluiter:</b>	<a href="#">ua2_2023-11_v7.pdf</a>

### ▼ Referentiewaarden

<b>Referentiewaarde:</b>	37 - 92 mg/dL
<b>Eenheden:</b>	mg/dL
<b>Bron referentiewaarde:</b>	Bijsluiter Roche

### ▼ Uitvoeringsinformatie

<b>Uitvoerend labo:</b>	AZ Sint-Maria Halle
<b>Verantwoordelijke klinische bioloog:</b>	Apr. Biol. A Schallier
<b>Uitvoerfrequenties:</b>	Doorlopend
<b>Maximum antwoordtijd:</b>	3 uur
<b>Toestel:</b>	Cobas 6000
<b>Test onder accreditatie:</b>	no
<b>Type aanvraagformulier:</b>	Algemeen aanvraagformulier

### ▼ Tarificatiegegevens

**Loinc code:** 3086-6

#### ▼ Tarief ambuland

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	543093
<b>B-waarde:</b>	60
<b>Prijs:</b>	0.48

#### ▼ Tarief vrijblijvend

<b>RIZIV nomenclatuurnummer:</b>	543104
<b>B-waarde:</b>	60
<b>Prijs:</b>	0.48

### ▼ Analysegegevens

<b>Minimum volume test:</b>	10 mL
<b>Labo aanvraagnummer:</b>	6050
<b>Labo verkort nummer:</b>	URIZ.URI
<b>Medidoc code:</b>	57363A.U